	PEMERIKSAAN SEDIMEN URINE		
	SOP	No. SOP : 441/ /C.VIII.a/PKM -MKB/2018	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit : / /2018	
		Halaman : 1/2	
UPT PUSKESMAS MENGKUBANG			ARIENDA YURISCA, SKM NIP. 197907102005012011

1. Pengertian	Pemeriksaan sedimen urine adalah pemeriksaan laboratorium dengan bahan pemeriksaan berupa urine yang bertujuan menemukan unsur-unsur organik/ non organik dalam urine secara mikroskopis, untuk mengetahui gangguan metabolisme (radang saluran kemih).
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam pelayanan pemeriksaan sedimen urine di UPT Puskesmas Mengkubang.
3. Kebijakan	SK Kepala UPT Puskesmas Mengkubang No: 188.4/006/PKM-MKB/2018 Tentang Manajemen Penunjang Layanan Klinis pada UPT Puskesmas Mengkubang
4. Referensi	Panduan laboratorium Klinik, ganda subrata tahun 1968
5. Langkah-langkah	1. Petugas memasukkan urine ke dalam tabung *centrifuge*, kemudian urine di *centrifuge* selama 5 menit dengan kecepatan 2000 RPM. 2. Petugas membuang sebagian urine yang sudah di *centrifuge* hinggal vol. tinggal 01/ 05 ml. 3. Petugas meneteskan sedimen ke obyek glass kemudian tutup dengan deck glass 4. Petugas memeriksa sedimen urine di bawah petugas dengan pembesaran 10x dan 40x. 5. Petugas mencatat hasil pemeriksaan.
6. Bagan Alir	
7. Unit terkait	- Poli umum - Poli kesehatan ibu dan KB - Poli gigi - Poli anak - Ruang bersalin dan PONED - Laboratorium - Ruang tindakan gawat darurat

8. Rekaman historis perubahan	

No.	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan

	PEMERIKSAAN SEDIMEN URINE		
	DAFTAR TILIK	No. Daftar Tilik : 441/ /C.VIII.b/PKM -MKB/2018	
		No. Revisi :	
		Tanggal Terbit : / /2018	
		Halaman : 1/1	
UPT PUSKESMAS MENGKUBANG			ARIENDA YURISCA, SKM NIP. 197907102005012011

NO	KEGIATAN	YA	TIDAK	TB
1.	Apakah petugas memasukkan urine ke dalam tabung *centrifuge*, kemudian urine di *centrifuge* selama 5 menit dengan kecepatan 2000 RPM?			
2.	Apakah petugas membuang sebagian urine yang sudah di *centrifuge* hinggal vol. tinggal 01/ 05 ml?			
3.	Apakah petugas meneteskan sedimen ke obyek glass kemudian tutup dengan deck glass?			
4.	Apakah petugas memeriksa sedimen urine di bawah petugas dengan pembesaran 10x dan 40x?			
5.	Apakah petugas mencatat hasil pemeriksaan?			

Compliance Rate (CR) .....%

Pelaksana/ Auditor

(.....)